

سحب مستحضرات طبية من الاسواق اللبنانية ومنع تداولها

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم ٤٣٤٠ تاريخ ٢٠١٩/١/٣١

بناء على قانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ و تعديلاته.

بناء على كتاب مستودع الادوية الاتحاد ش.م.ل المسجل لدى مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة تحت رقم ٢٠١٩/٢/٥٨٣٢

تاريخ ٢٠١٩/٢/٦ و تاريخ ٢٠١٩/٢/١١ والمرفق بكتاب من شركة ConvaTec - SLOVEKIA المصنعة والمنتجة والمسوقة

للمستحضرات:

Rectal Tubes , Unoversal Drainage Systems , SimpaVac , Sterile Suction Connecting Tubes , Sterile Connecting Pieces , Suction Handles/Sets (FilterFlow™/Deltaflo) ,Oxygen Catheters , Sterile Nasal Oxygen Cannulas , Sterile Oxygen Connecting Tubes , and Steriles Forceps

تاريخ ٢٠١٩/١/٤ المتعلق بسحب طوعي للطبخات ذوات الأرقام (وفق اللائحة المرفقة رطباً) بسبب Internal assessment of product packaging integrity has confirmed that these devices are not meeting there expectations or those of their customers .Transportation testing conducted on the product packaging failed , confirming the potential for a breach in the sterile barrier . Using a non-sterile device on a patient may expose the patient to infectious agents increasing the patient risk of developing infection .

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداول المستحضرات الطبية :

Rectal Tubes , Unoversal Drainage Systems , SimpaVac , Sterile Suction Connecting Tubes , Sterile Connecting Pieces , Suction Handles/Sets (FilterFlow™/Deltaflo) ,Oxygen Catheters , Sterile Nasal Oxygen Cannulas , Sterile Oxygen Connecting Tubes , and Steriles Forceps

المصنعة من قبل شركة ConvaTec - SLOVEKIA وفق الجدول المرفق رطباً .

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار .

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة

د. جميل جبج

نقابة صيادلة لبنان أمانة السر العامة
رقم الورود ٦٧٦
تاريخ ورود ٢٠١٩/٢/٤
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

يبلغ:

- منظمة الصحة العالمية
- المديرية العامة للجمارك
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نقابة الأطباء في بيروت و الشمال
- نقابة اصحاب المستشفيات
- نقابة صيادلة لبنان
- نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات
- مديرية العناية الطبية
- التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة في المحافظات
- مصلحة الصيدلة (مع الملف) و الدوائر التابعة لها
- الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة
- المحفوظات





RECALL RESPONSE FORM for DISTRIBUTORS
URGENT FIELD SAFETY NOTICE
PLEASE COMPLETE AND RETURN by Fax/Email

Consignee of the device:

Consignee Account No:	10311425
Consignee Name:	Droguerie de l'Union
Consignee Address:	, Baabda Road, Ghorayeb Building, Beirut, 1107, 2020, LEBANON

The following products, Rectal Tubes, Unoversal Drainage Systems, SimpaVac, Sterile Suction Connecting Tubes, Sterile Connecting Pieces, Suction Handles/Sets (FilterFlow™/Deltaflo), Oxygen Catheters, Sterile Nasal Oxygen Cannulas, Sterile Oxygen Connecting Tubes, and Sterile Forceps have been distributed to your facility:

Invoice #	Sales Order #	Product Code / REF No.	SAP Code	LOT No.	Quantity Delivered (pieces)
3005942088	2508714	14008182	1301839	158964	800
3005942088	2508714	14012182	1301840	159891	1200
3005942088	2508714	19017182	1308354	170466	1800
3036389205	3150485	14008182	1301839	233410	600
3036389205	3150485	14008182	1301839	234455	1200
3005977432	2501910	19019182	1305003	176100	1200
3005977432	2501910	19019182	1305003	177941	4200
3036246098	2868145	19019182	1305003	208509	1800
3036389205	3150485	19019182	1305003	234470	5400
3036577633	3506738	19019182	1305003	7A03822	1800
3036763641	3803047	19019182	1305003	7J02595	1800
3036246098	2868145	19017182	1308354	205551	1800



قائمة صيادلة لبنان
أمانة السر العامة

رقم الورود: ٦٧٦
تاريخ الورود: ٢٠١٩/٢/٢١
رقم الخلية:
تاريخ الجلسة: